

Magnetoterapie Dimap s.r.o. | ceník platný od 1.4.2022
CERTIFIKOVANÝ VÝROBCE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

TECHNICKÉ PARAMETRY

- ➔ Aplikace medicijnálního oxidu uhličitého do podkoží
- ➔ Vhodné i pro karboxyterapii
- ➔ Certifikované ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY dle zákona 89/2021 Sb.
- ➔ **Přístroj smí obsluhovat pouze odborně zaškolený zdravotnický personál**
- ➔ K aplikátoru injekcí se používají pouze sterilní jednorázové hypoalergenní jehly!
- ➔ Ocelová láhev s oxidem uhličitým medicijnálním není součástí dodávky.
- ➔ **ÚČINKY:** vasodilatační, analgetický, reflexní
- ➔ **DÁVKOVÁNÍ:** 0,1ml - 50,0 ml na jeden vpich
- ➔ Instalace nového přístroje, školení, doprava ZDARMA
- ➔ Záruka: 24 měsíců, záruční i pozáruční servis.

NÁHLÁ PŘÍTOMNOST OXIDU UHLIČITÉHO V PODKOŽÍ

- ➔ Dráždí vasomotorické centrum encephalobulární i centra vasomotorická v míše, čímž dochází k zúžení řečiště abdominálního, vyplávení depotní krve a vzestupu krevního tlaku.
- ➔ Dráždí uvedené centra reflektoricky přes chemoreceptory a zvýšením tlaku působí na baroreceptory.
- ➔ Rozšiřuje koronární cévy, zlepšuje prokrvení myokardu, zvyšuje tonus a minutový objem.
- ➔ Dráždí vagus, tím vyvolává bradykardii, pokles krevního tlaku
- ➔ Hyperkapnie vyvolává acidózu a mění disociační křivku hemoglobinu. Je silným periferním vasodilatátorem

Kontraindikace

- ➔ Zánět kůže, podkoží a žil v místě vpichu
- ➔ Varikózní syndrom, krvácivé stavy, a strach nemocného
- ➔ Výskyt pigmentových névů v místě vpichu
- ➔ Defekty kůže a podkoží v místě aplikace
- ➔ Srdeční, plicní nebo ledvinné selhávání
- ➔ Horečnaté stavy, akutní infekční onemocnění
- ➔ Těhotenství
- ➔ Hypertenze

Vedlejší/doprovodné účinky

- ➔ V místě vpichu krátkodobý pocit pálení, tlak, bolest, svědění, lokální neurovegetativní reakce atd.
- ➔ Místní změny v místě vpichu – erytém, kapilární hemoragie, drobný hematom, alergická dermatitis v místě vpichu, výjimečně absces.
- ➔ Zvýšená opatrnost u vegetativně labilních jedinců (provokace tachykardie, kolapsových stavů).
- ➔ Dostatečný časový odstup při současně probíhající fyzikální terapii (termoterapie, kryoterapie, vodoléčba, mechanoterapie, elektrolyčba).
- ➔ Zvýšená opatrnost při dlouhodobé medikaci (antikoagulancia, antiagregancia, analgetika, vasodilatační, kortikoidy, nikotinová substituce).



PODKOŽNÍ PLYNOVÉ INJEKCE

INSUFLACE CO2 INDAP INSUF



OBJEDNEJTE SI SADU INDAP INSUF

Chcete zakoupit sadu pro podkožní plynové injekce - insuflaci CO₂?

Rádi Vám pomůžeme s výběrem produktů a sestavíme cenovou nabídku.

Kontaktujte nás telefonicky nebo emailem:

E-mail: info@dimap.cz

Telefon: +420 608 340 621

Možnosti platby:

- ➔ Hotově při převzetí na sídle společnosti v Kladně
- ➔ Dobírka
- ➔ Bankovní převod (zálohová faktura)

Možnosti dopravy:

- ➔ Osobní odběr v sídle společnosti v Kladně
- ➔ DPD (229 Kč + DPH21%, ZDARMA při koupi sady)

Ověřte si dostupnost v online katalogu: www.dimap.cz/katalog

Školení obsluhy lékařem na aplikaci CO₂ do podkoží pacienta není součástí dodávky (školení provádí externě např. Mudr. Vobořil).



SORTIMENT	POPIS	PRODUKT	CENA
SADA INDAP INSUF	SADA OBSAHUJE: <ul style="list-style-type: none">➔ přístroj INDAP INSUF➔ medicínální ventil s filtrem a hadičkou➔ aplikátor➔ návod➔ kniha Plynové injekce (Marek, Kolářová)➔ 5x jehla vzor		44.395 Kč s DPH 36.690 Kč bez DPH
PŘÍSTROJ INDAP	Náhradní díl		31.327 Kč s DPH 25.890 Kč bez DPH
APLIKÁTOR INDAP	Náhradní díl		5.796 Kč s DPH 4.790 Kč bez DPH
REDUKČNÍ VENTIL	Náhradní díl		11.725 Kč s DPH 9.690 Kč bez DPH



Magnetotherapy
Dimap®

Magnetoterapie Dimap s.r.o.

Huťská 273, 272 01 Kladno
Česká republika (EU)

IČO 27216250 | DIČ CZ27216250
Spisová značka: C 105132



www.dimap.cz